

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОТТИСКОВ

| Дезинфицирующее средство | Режимы дезинфекции | | Применение |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Концентрация раствора, % | Время выдержки, мин. | |
| Глутарал (Россия) | Без разведения | 10 | Оттиски альгинатные (кальцинат, стомальгин, упин) и силиконовые (сиэласт - 03, 05, 69, дентафлекс) |
| Глутарал-Н (Россия) | То же | 10 | То же |
| Сайдекс ("Джонсон энд Джонсон Медикал Лтд", США) | "-" | 10 | "-" |
| Перекись водорода (Россия) | 4,0 | 15 | Оттиски силиконовые |
| Дезоксон-1 (Россия) | 0,1 | 10 | То же |
| Дезоксон-4 (Россия) | 0,1 | 10 | "-" |
| Гипохлорит натрия, получаемый электрохимическим методом | 0,5 | 20 | "-" |
| МД-520 ("Дюрр-Денталь-Орохим", Германия) | Без разведения | 10 | Оттиски альгинатные, силиконовые, из полиэфирной смолы, гидроколлоида; зубопротезные заготовки из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, коррозионностойкие артикуляторы |

Примечание. Концентрация дезинфицирующих растворов приведена по ДВ.